

陆建 成都 信息产业部第三十研究所 100041

摘要：<正> 1 前言 HP165X逻辑分析仪是美国八十年代末九十年代初进入我国的产品,在当时是我们接触到的最为先进的逻辑分析仪,在我们国家占有一定数量,但是,经过一段时间后,使用单位都发现它的一个致命缺陷,就是它的软盘驱动器很容易损坏软盘,而它的启动必须依靠软盘,这就导致整台机器不能使用的严重后果。我们曾经送HP公司维修,光是维修费就是三千元,而新换的驱动

关键词：

文章全文为PDF格式，请下载 to 本机浏览。[\[下载全文\]](#)

如您没有PDF阅读器，请先下载PDF阅读器 [Acrobat Reader](#) [\[下载阅读器\]](#)

---

100041

Abstract:

Key words:

[【大 中 小】](#) [\[关闭窗口\]](#)