

【作者】	房少新, 赵利平, 张剑, 何丽
【单位】	西北民族大学生命科学与工程学院, 甘肃兰州
【卷号】	35
【发表年份】	2007
【发表刊期】	4
【发表页码】	1039 , 1041
【关键字】	全自动血液分析仪; 健康奶牛; 机测指标
【摘要】	运用美国雅培公司生产的CD-1200 型全自动血液分析仪, 对30 头健康黑白花奶牛进行红细胞、白细胞、血小板3 分类18 项指标的测定, 结果表明: 奶牛的机测指标可供兽医临床参考, 该血液分析仪可以用于兽医临床, 同时对试验中发现的有关问题进行探讨。
【附件】	 PDF下载 PDF阅读器下载

关闭